

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

Володимир ПАПАЧ

«15» листопада 2024 р



**Необхідні норми обсягу зразка,
нормативні вимоги до зразка продукції, передбачені для дослідження**

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
1. Вода питна	Відбирання проб на санітарно-хімічні показники	ДСТУ ISO 5667-3:2003	не менше 3 л	Загальні вимоги: - Прокачати чи злити воду протягом 10-15 хвилин. - Наповнити чисту пластикову пляшку до самої кришечки. - Доставити проби протягом 6-8 годин або доби, за умови, що пробу зберігали у холодильнику (охолодження до 4⁰С). На більш тривалий час – заморожування до мінус 20⁰С. - Під час транспортування контейнерів із пробкою треба забезпечити їх герметичність і захищеність від впливу сонячного світла та надмірного тепла.
	Запах	МВВ-7.2-2-2023(ГОСТ3351-74п.2)		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: доставка проб впродовж двох годин із моменту відбору
	Смак і присмак	МВВ-7.2-3-2023(ГОСТ3351-74п.3)		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: доставка проб впродовж двох годин із моменту відбору

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
Вода питна				годин із моменту відбору
	Забарвленість	ДСТУ ISO 7887:2003		Загальні вимоги.
	Каламутність	МВВ-7.2-1-2023(ГОСТ3351-74п.5)		Загальні вимоги
		ДСТУ ISO 7027:2003		Загальні вимоги
	Водневий показник (рН)	ДСТУ ISO 4077-2001		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: уникати змінювання температури і контактування з повітрям
	Залізо загальне	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Загальна жорсткість	ДСТУ ISO 6059:2003		Загальні вимоги
	Загальна лужність	ДСТУ ISO 9963-1:2007		Загальні вимоги
	Хлор залишковий вільний	ДСТУ ISO 7393-1:2003		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: аналізувати відразу після відбору, уникати перемішування, яскравого світла і нагрівання.
	Хлор залишковий зв'язаний	ДСТУ ISO 7393-1:2003		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: аналізувати відразу після відбору, уникати перемішування, яскравого світла і нагрівання.
	Амоній	ДСТУ ISO 7150-1:2003		Загальні вимоги
	Хлорити	ДСТУ ISO 10304-4:2003		Загальні вимоги
	Нітрати	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги
	Нітрити	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги
	Хлориди	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги
	Фториди	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
Вода питна	Поліфосфати	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги
	Сульфати	ДСТУ ISO 10304-1:2003		Загальні вимоги
	Сухий залишок	МВВ-7.2-5-2023(ГОСТ18164-72п.3.2)		Загальні вимоги
	Перманганатна окиснюваність	ДСТУ 7131:2009		Загальні вимоги
	Пестициди (гексахлорцикло-гексан (ізомери), гептахлор, алдрин, ДДТ-ізомери, ДДЕ-ізомери)	ДСТУ ISO 6468-2002		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - тару попередньо брати в лабораторії. - доставити пробу протягом 24 годин, транспортувати за температури 2-50С без доступу сонячного світла.
	Хлорфеноли	ДСТУ ISO 6468-2002		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - тару попередньо брати в лабораторії. - доставити пробу протягом 24 годин, транспортувати за температури 2-50С без доступу сонячного світла.
	Хлороформ	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги
	1,2-дихлоретан	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги
	Тетрахлорвуглець	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги
	Трихлоретилен та тетрахло-ретилен (сума)	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги
	Тригалогенметани (сума)	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги
	Дибромхлорметан	ДСТУ ISO 10301:2004		Загальні вимоги

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
Вода питна	Марганець	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Мідь	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Цинк	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Алюміній	МВВ-7.2-6-2023 (ГОСТ 18165-89)		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: консервація 3 мл соляної кислоти на 1000 мл
	Кадмій	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Миш'як	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Молібден	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Свинець	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Кобальт	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Нікель	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Сурма (стибій)	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Селен	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Хром загальний	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Срібло	ДСТУ ISO 15586:2012		Загальні вимоги
	Натрій	ДСТУ ISO 9964-3:2015		Загальні вимоги
	Феноли леткі	МВВ 07-ІВК-10-2022		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - проба доставляється впродовж 4 годин після відбору; - відбирається в скляну тару.

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
Вода питна	Нафтопродукти	МВВ 06-ІВК-10-2022		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - проба доставляється впродовж 3 годин після відбору. - відбирається в скляну тару.
	Поверхнево-активні речовини аніонні	МВВ 09-ІВК-10-2022		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: відбирається в скляну тару
	Ціаніди	МВВ 08-ІВК-10-2022		Загальні вимоги. Додаткові вимоги: доставка у найкоротші терміни.
	Відбирання про на радіологічні випробування		10 л	Загальні вимоги
	Питома активність ¹³⁷ Cs	МВИ № 07-119:2011 від 02.03.2011		
	Питома активність ⁹⁰ Sr	МІ 12-08-99 від 28.12.1999		
	Відбирання проб на дослідження методом ЗТ-ПЛР на наявність фрагменту РНК ентеровірусів, ротавірусів, вірусу гепатиту А, ДНК аденовірусу	Методичні вказівки затверджені наказом МОЗ України №284 від 30.05.2007 року «Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів» (розділ 7.3.2; 7.4.2)	10 л	Загальні вимоги
	Відбирання проб на мікробіологічні випробування	МВ 10.2.1-113-2005	0,5 л (дм ³)	Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - відбирають пробу в стерильний посуд. - доставляти пробу протягом двох годин або 6 годин за умови транспортування за температури
	Загальне мікробне число	МВ 10.2.1-113-2005		
	Загальні коліформи	МВ 10.2.1-113-2005		

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
Вода питна	Патогенні ентеробактерії	МВ 10.2.1-113-2005	1 л (дм ³)	2-6°С.
	Ентерококи ¹	Постанова головного державного санітарного лікаря України №19 від 06.09.2013р. «Методика прискореного визначення ен-терококів у воді за допомогою тестових наборів ENTEROLERT»	0,5 л (дм ³)	
	Кишкова паличка (E. Coli)	МВ 10.2.1-113-2005		
	Відбирання проб на паразитологічні випробу-вання	МВ № 10.10.2.1-071-2000	50 л (дм ³)	Загальні вимоги
	Кишкові гельмінти	МВ № 10.10.2.1-071-2000		
	Патогенні кишкові найпрос-тіші: ооцисти криптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій та інші	МВ № 10.10.2.1-071-2000		
	2.Харчові продукти та продовольча сировина	Відбирання проб	ДСТУ 8051:2015	Якщо масу (об'єм) проби не встановлено у чинному нормативному документі на конкретний вид продукції, що потрапила до вибірки, відбирають: -не менше ніж 1 шт. – від
Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013				

Назва об’єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
			продукції у споживчій тарі; -до 1000г (см ³) – від продукції у транспортній тарі (у шматках, рідкої, пастоподібної, сипкої та змішаної консистенції).	
2.1 М’ясо та птиця свіжі, заморожені та охолоджені, продукти із м’яса та м’яса свійської птиці. Ковбасні вироби. Тваринні жири, в т.ч. <i>- м’ясо у тому числі птиці, свіже, охолоджене і заморожене</i> <i>-ковбасні вироби</i> <i>-жири тваринного походження</i>	Відбирання проб	ДСТУ 8381:2015 Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		Загальні вимоги
			0,4 кг	
			0,3 кг	
			0,1 кг	
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ 8381:2015		
		ДСТУ 8720:2017		
		ГОСТ 7702.2.1-95		
ДСТУ ISO 4833-2006				
Патогенні мікроорганізми, в	ДСТУ 8381:2015			
	ДСТУ EN 12824:2004			

Назва об’єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
	т.ч. сальмонели	ГОСТ 7702.2.3-93		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97		
		ГОСТ 7702.2.2-93		
		ДСТУ ISO 21528-2:2014		
	Escherichia coli	ДСТУ ГОСТ 30726-2002		
		ДСТУ 8720:2017		
	Сульфитредукувальні клостеридії	ГОСТ 7702.2.6-93		
		ДСТУ 8381:2015		
		ДСТУ 8720:2017		
	Staphylococcus aureus	ГОСТ 10444.2-94		
		ДСТУ ISO 6888-1:2003		
		ГОСТ 7702.2.4-93		
	Listeria monocytogenes	ГОСТ 7702.2.5-93		
		ДСТУ ISO 11290-1:2003		
	Proteus	ДСТУ 7444:2013		
		ДСТУ 8720:2017		
	Bacillus cereus	ДСТУ ISO 7932:2007		
		ДСТУ 8040:2015		
	Дріжджі та пліснява	ДСТУ 8447:2015		
		ДСТУ ISO 7954:2006		
2.2 Риба прісноводна, риба морська. Продукція рибна, ракоподібні, молюски	Відбирання проб	Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013	не менше 0,5 кг	Загальні вимоги
	Готування до мікробіологічних випробувань	МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.6		
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	ДСТУ 8446:2015		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.1		

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
	змів (КМАФАнМ)			
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п. 7.8, 7.9		
	Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97		
		ДСТУ ISO 21528-2:2014		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.2		
	Escherichia coli	ДСТУ ГОСТ 30726-2002		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.12		
	Сульфитредукувальні клостеридії	ДСТУ ISO 7937:2006		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.6		
	Staphylococcus aureus	ГОСТ 10444.2-94		
		ДСТУ ISO 6888-1:2003		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.3		
	Listeria monocytogenes	ДСТУ ISO 11290-1:2003		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007		
	Proteus	ДСТУ 7444:2013		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.7		
	Дріжджі та пліснява	ДСТУ 8447:2015		
		ДСТУ ISO 7954:2006		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007 п.7.4		
2.3 Молоко, продукти молочні та сирні. Морозиво	Відбирання проб	ДСТУ 7357:2013	не менше 0,5 кг або дві пакувальні одиниці в оригінальній упаковці	Загальні вимоги. Додаткові умови: - посудина для проб має бути така, щоб її можна було повністю заповнити пробой для того, щоб запобігти сколчуванню під час транспортування та давала змогу перемішати пробу перед контролюванням. - проби продукту доставити в лабораторію не
	Загальна кількість мезофіль-	ДСТУ 7357:2013		

Назва об’єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
	них аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833-2006		пізніше ніж через 2 години після їх відбирання. - під час транспортування проби потрібно зберігати за таких температурних режимів: - для продуктів, що швидко псуються – $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$, підморожування недопустиме; - для морозива та напівфабрикатів – мінус $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$.
		ДСТУ IDF 100B:2003		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
		ДСТУ IDF 93A:2003		
	Бактерії групи кишкової палички	ДСТУ 7357:2013		
		ГОСТ 30518-97		
		ДСТУ ISO 21528-2:2014		
	Staphylococcus aureus	ГОСТ 10444.2-94		
		ДСТУ ISO 6888-1:2003		
		ГОСТ 30347-97		
	Listeria monocytogenes	ДСТУ ISO 11290-1:2003		
	Дріжджі та пліснява	ДСТУ 8447:2015		
		ДСТУ ISO 7954:2006		
2.4 Цукор, какао-продукти, шоколад, цукрові кондитерські вироби, чай, кава	Відбирання проб		не менше 0,3 кг	Загальні вимоги.
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833-2006		
		ДСТУ 8446:2015		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97		
		ДСТУ ISO 21528-2:2014		
	Escherichia coli	ДСТУ ГОСТ 30726-2002		
	Сульфитредукувальні клостеридії	Инструкция № 1135-73		
	Staphylococcus aureus	ГОСТ 10444.2-94		

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
		ДСТУ ISO 6888-1:2003		
	Listeria monocytogenes	ГОСТ 7702.2.5-93		
		ДСТУ ISO 11290-1:2003		
	Proteus	ДСТУ 7444:2013		
	Bacillus cereus	ДСТУ ISO 7932:2007		
		ДСТУ 8040:2015		
	Дріжджі та пліснява	ДСТУ 8447:2015		
		ДСТУ ISO 7954:2006		
2.5 Вироби хлібобулочні. Продукція борошно-мельно-круп'яної промисловості	Відбирання проб	Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013	не менше 0,3 кг	Загальні вимоги
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833-2006		
		ДСТУ 8446:2015		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97		
		ДСТУ ISO 21528-2:2014		
	Bacillus cereus	ДСТУ ISO 7932:2007		
		ДСТУ 8040:2015		
2.6 Яйця та яєчні продукти, у тому числі	Відбирання проб	Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		Загальні вимоги
			не менше 6 шт.	
			не менше 0,2 кг	
- яйця				
- яєчний порошок				

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833-2006		
		ДСТУ 8104:2015		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		ДСТУ 8104:2015		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Staphylococcus aureus	ГОСТ 10444.2-94		
		ДСТУ ISO 6888-1:2003		
	Proteus	ДСТУ 7444:2013		
	Бактерії групи кишкової палички	ДСТУ ISO 21528-2:2014		
		ДСТУ 8104:2015		
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833-2006		
2.7 Напої безалкогольні	Відбирання проб	ДСТУ ГОСТ 30712-2003	не менше 0,5 л.	Загальні вимоги. Додаткові вимоги: - перед взяттям проби готового напою пробку та горловину пляшки, поверхню металевої банки або іншої упаковки протирають ватним тампоном, змоченим у 70% розчині етилового спирту; - потім стерильним ключем швидко знімають кроненкорку пробку пляшки відгвинчують; - горловину відкритої пляшки випалюють у полум'ї спиртівки або протирають 70%-м розчином етилового спирту та відбирають необхідний для аналізу обсяг напою.
		ДСТУ 8446:2015		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Бактерії групи кишкової палички	ДСТУ ГОСТ 30712-2003		
		ГОСТ 30518-97		
	Дріжджі та пліснява	ДСТУ 8447:2015		
		ДСТУ ISO 7954:2006		

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
2.8.Кулінарні вироби, готові страви	Відбирання проб	Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013	не менше 0,3 кг	Загальні вимоги.
	Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)	ДСТУ ISO 4833:2006		
		ДСТУ 8446:2015		
	Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97		
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004		
		ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014		
		Наказ МОЗ України № 425 від 24.05.2013		
	Staphylococcus aureus	ДСТУ ISO 6888-1:2003		
		ГОСТ 10444.2-94		
	Proteus	ДСТУ 7444:2013		
2.9 Молекулярно генетичні випробування харчових продуктів та продовольчої сировини	Відбирання проб	ДСТУ-П CEN/TS 15568:2008	1,0 кг	
	Виявлення та кількісне визначення ДНК послідовностей генетично модифікованих організмів методом ПЛР в реальному часі	ДСТУ 5021.1:2008		
		ДСТУ ISO 21569:2008		
		ДСТУ ISO 21570:2008		
3 Консерви групи А, Б, В, Г, Е	Відбирання проб	ГОСТ 30425-97	3 одиниці споживчої тари у банках місткістю до	Доставляють в оригінальній упаковці
	Промислова стерильність			
	Спороутворюючі мезофільні аеробні, факультативно анаеробні мікроорганізми групи B.cereus, B.polymyxa	ГОСТ 30425-97 МВ 15.2.-5.3-004:2007		

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
	Спороутворюючі мезофільні аеробні, факультативно анаеробні мікроорганізми групи <i>B.subtilis</i> Мезофільні клостридії Дріжджі та пліснява Кількість термофільних аеробних, факультативно анаеробних та термофільних анаеробних мікроорганізмів		1 дм ³ та 1 одиницю споживчої тари для консервів у банках місткістю вище 1дм ³	
4.Вироби медичного призначення: - кетгут та інший хірургічний матеріал	Відбирання проб на стерильність	МВ-1-2004 "Контроль стерильності виробів медичного призначення"	2% від серії (партії), але не менше 5 і не більше 20 упаковок (контейнерів)	Індивідуальні упаковки (контейнери)
Інші вироби: - не більше 100 упаковок (контейнерів) у серії			10% від серії (партії), але не менше 4 упаковок (контейнерів)	
- більше 100, але не більше 500 упаковок (контейнерів)			10 упаковок (контейнерів)	
- більше 500 упаковок (контейнерів)			2% від серії (партії), але не більше 20 упаковок (контейнерів)	

Назва об'єкта	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань	Кількість	Інші вимоги (консервування, транспортування, т.ін.)
5. Змиви з об'єктів довкілля	Відбирання зразків	ДСТУ ISO18593:2006		Основні вимоги: - зразки, отримані методом мазка, протягом чотирьох годин доставити для випробування. - транспортують зразки охолодженими за температури (1-4)°C (термоконтейнери).
	Мікроорганізми роду Enterobacteriaceae	ДСТУ ISO18593:2006		
	Staphylococcus aureus	ДСТУ ISO 18593:2006		
	Бактерії групи кишкової палички (коліформи)	ДСТУ ISO 18593:2006		
		МВ 15.2.-5.3-004:2007		
		МБК 5.10.2.024-99		
6. Деревина та продукція з деревини	Відбирання проб		Не менше 1 дм ³	Основні вимоги: подрібнений стап.
	Радіологічні випробування Питома активність ¹³⁷ Cs	МВИ № 07-119:2011 від 02.03.2011		

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

В.о.завідувача бактеріологічної лабораторії

Завідувач вірусологічної лабораторії

Завідувач лабораторії радіологічних досліджень та інших фізичних факторів

Оксана ЧОРНА

Тетяна ЗАХАРЧЕНКО

Наталія ФЕДОРЧЕНКО

Світлана МИХАЙЛОВА